

**Протокол
об итогах тендера по закупке медицинского изделия (оборудования)**

г.Лисаковск

«26» мая 2022 года

Тендерная комиссия в составе:

Аленова Карлыгаш Каратаевна - И.о. главного врача КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, председатель тендерной комиссии;

Мухаметжанова Мариям Жанайдаровна - Заместитель главного врача по медицинской части КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, заместитель председателя;

Ильясова Алена Елубаевна – главная медсестра КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, член тендерной комиссии;

Полатбек Бағдат Калдыханұлы – Заведующий отделения анестезиологии и реанимации КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, член тендерной комиссии;

Соломон Рамиля Юмабаевна – бухгалтер по учету материальных ценностей КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, член тендерной комиссии;

Салай Юлия Александровна – Бухгалтер по гос.закупкам КГП «Лисаковская городская больница», секретарь тендерной комиссии.

18 мая 2022 года в 15 часов 00 минут проведен тендер по закупке

Лот	Наименование	Количество
		0
1	Операционный/диагностический светодиодный светильник	6
2	Монитор пациента	4
3	Аспиратор для акушерско-гинекологических целей	2
4	Аспиратор хирургический	4
5	Электрокардиограф со спирометрическим блоком	1
6	Электрокардиограф	10
7	Медицинская кровать	10

в Коммунальном государственном предприятии «Лисаковская городская больница» по адресу: г. Лисаковск, Больничный городок,1 в соответствии с Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от «04» июня 2021 года № 375.

Наименование и краткое описание закупаемого медицинского изделия (оборудования):

№ лот	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Единица измерения	Кол -во	Сумма за	Сумма, выделенная
-------	--	-------------------	---------	----------	-------------------

(Подписи членов тендерной комиссии)

а		я		единицу	для закупа, тенге
1	Операционный/диагностический светодиодный светильник	шт	6	1200000	7200000
2	Монитор пациента	шт	4	2879292	11517168
3	Аспиратор для акушерско-гинекологических целей	шт	2	1320000	2640000
4	Аспиратор хирургический	шт	4	1260000	5040000
5	Электрокардиограф со спирометрическим блоком	шт	1	2520000	2520000
6	Электрокардиограф	шт	10	900000	9000000
7	Медицинская кровать	шт	10	1567500	15675000

От потенциальных поставщиков запросов о разъяснении тендерной документации не поступали.

Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес поставщика	Дата и Время предоставления тендерной заявки
1	ТОО «А&С Medical»	Г.Алматы, ул.Нусупбекова, 38	16 мая 2022 года, 08 часов 08 минут
2	ТОО «ФортунаМед»	Г.Костанай, ул.Абая 2А	16 мая 2022 года, 08 часов 08 минут
3	ТОО «MedintelCompany»	Г.Павлодар, ул.Кабдеш Нуркин, строение 104/13	16 мая 2022 года, 08 часов 08 минут
4	ТОО «ОрдаМед Костанай»	Г.Костанай, ул. Карбышева, дом 2	18 мая 2022 года, 10 часов 00 минут
5	ИП «GroMax»	Г.Кокшетау, ул.Акана Серы 206 кабинет 10	18 мая 2022 года, 13 часов 00 минут
6	ИП «Medgroup»	Г.Шымкент, ул. Мельникайте, 14а	18 мая 2022 года, 13 часов 22 минуты

Квалификационные данные потенциального поставщика, предоставившего тендерную заявку, соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, указанным в Главе 3 (п.14-17) Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от «04» июня 2021 года № 375.

1. По лоту №1 «Операционный/диагностический светодиодный светильник»:

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ИП «GroMax»	ТОО «ОрдаМед Костанай»	ТОО «А&С Medical»
1	Операционный/диагностический	штука	6	1 170 000	1 150 000	890 000

(Handwritten signatures in blue ink)

Тендерная комиссия рассмотрела тендерные заявки:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п.59 главы 8)	Соответствие квалификационным данным (главы 3 Правил)
ИП «GroMax»	7200000	7020000	Не Соответствует	Соответствует
ТОО «ОрдаМед Костанай»	7200000	6900000	Соответствует	Соответствует
ТОО «A&C Medical»	7200000	5340000	Не соответствует	Соответствует

1. По лоту № 1 «Операционный/диагностический светодиодный светильник» была представлена техническая спецификация ИП «GroMax», данная техническая спецификация не соответствует технической спецификации тендера по лоту № 1:

- 1) в технической спецификации Поставщика не указано количество светодиодов;
- 2) в технической спецификации тендера была прописана яркость светодиодов не менее 45 000 Люкс, в технической спецификации потенциального поставщика – 30 000 Люкс;
- 3) в технической спецификации тендера были прописаны Размеры Ш не более 500 мм х В не менее 1150 - не менее 1750 мм, в технической спецификации потенциального поставщика – основание стойки 570*570 мм, что больше требуемой ширины;
- 4) в технической спецификации тендера прописан Диапазон регулировки высоты в пределах от 1150 - 1750 мм, в технической спецификации потенциального поставщика – не указано регулируется высота или нет;

Согласно п.п. 9 п. 70 Правил отклонить тендерную заявку ИП «GroMax» по лоту № «1».

2. По лоту № 1 «Операционный/диагностический светодиодный светильник» была представлена техническая спецификация ТОО «A&C Medical», данная техническая спецификация не соответствует технической спецификации тендера по лоту № 1:

- 1) в технической спецификации тендера было прописано, что должно быть не менее 16 мощных светодиодов, в технической спецификации потенциального поставщика – 6 мощных светодиодов;
- 2) в технической спецификации тендера была прописана яркость светодиодов не менее 45 000 Люкс, в технической спецификации потенциального поставщика – 30 000 Люкс;
- 3) в технической спецификации тендера были прописаны Размеры Ш не более 500 мм х В не менее 1150 - не менее 1750 мм, в технической спецификации потенциального поставщика – размер 1500 мм, о ширине ничего не сказано;
- 4) в технической спецификации потенциального поставщика – нет информации об источнике питания, о потребляемой мощности, о диаметре лампы, весе;
- 5) в технической спецификации тендера было прописано Колеса 2" * 5 шт, в технической спецификации потенциального поставщика – колес 4 шт.

Согласно п.п. 9 п. 70 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «A&C Medical» по лоту № «1».

Handwritten signatures:
 1. [Signature]
 2. [Signature]
 3. [Signature]
 4. [Signature]
 5. [Signature]

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки **РЕШИЛА:**

На основании п. 74 Правил Победителем по лоту № 1, чья тендерная заявка соответствует условиям объявления и требованиям Правил, признать ТОО «ОрдаМед Костанай».

2. По лоту №2 «Монитор пациента»:

Потенциальный поставщик представил следующее ценовое предложение по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ТОО «ОрдаМед Костанай»
1	Монитор пациента	штука	4	2 750 000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерную заявку:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п.59 главы 8)	Соответствие квалификационным данным (главы 3 Правил)
ТОО «ОрдаМед Костанай»	11517168	11000000	Соответствует	Соответствует

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки **РЕШИЛА:**

На основании п. 72 Правил тендер по лоту № 2 признать несостоявшимся по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, согласно вышеизложенного заказчиком осуществить закуп способом из одного источника у ТОО «ОрдаМед Костанай».

3. По лоту № 3 «Аспиратор для акушерско-гинекологических целей»:

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ТОО «ОрдаМед Костанай»	ТОО «A&C Medical»
1	Аспиратор для акушерско-гинекологических целей	штука	2	1 320 000	960 000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерную заявку:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п.59 главы 8)	Соответствие квалификационным данным (главы 3 Правил)



ОО «ОрдаМед Костанай»	2640000	2640000	Соответствует	Соответствует
ТОО «A&C Medical»	2640000	1920000	Не соответствует	Соответствует

1. По лоту № 3 «Аспиратор для акушерско-гинекологических целей» была представлена техническая спецификация ТОО «A&C Medical», данная техническая спецификация не соответствует технической спецификации тендера по лоту № 3:

- 1) техническая спецификация по лоту № 3 должна быть составлена отдельно, а не совмещена для двух лотов;
- 2) техническая спецификация Поставщика значительно отличается от технической спецификации тендера (давление не соответствует, потребляемая мощность, размеры, размеры емкости для аспирации, насос, уровень вакуума, размер чаши для экстракции, нет защиты от переполнения – поплавкового клапана, нет информации о двигателе, дополнительные комплектующие не соответствуют)

Согласно п.п. 9 п. 70 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «A&C Medical» по лоту № «3».

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки **РЕШИЛА**:

На основании п. 74 Правил Победителем по лоту № 3, чья тендерная заявка соответствует условиям объявления и требованиям Правил, признать ТОО «ОрдаМед Костанай».

4. По лоту № 4 «Аспиратор хирургический»:

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ИП «GroMax»	ТОО «ОрдаМед Костанай»	ТОО «A&C Medical»
1	Аспиратор хирургический	штука	4	970 000	1 260 000	960 000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерную заявку:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п.59 главы 8)	Соответствие квалификационным данным (главы 3 Правил)
ИП «GroMax»	5040000	3880000	Не соответствует	Соответствует
ТОО «ОрдаМед Костанай»	5040000	5040000	Соответствует	Соответствует
ТОО «A&C Medical»	5040000	3840000	Не соответствует	Соответствует

1. По лоту № 4 «Аспиратор хирургический» была представлена техническая спецификация ИП «GroMax», данная техническая спецификация не соответствует технической спецификации тендера по лоту № 4:

(Handwritten signatures in blue ink)

- 1) в технической спецификации тендера прописано, что должен быть двигатель однофазный 0,25 кВт;
- 2) в технической спецификации поставщика прописано, что Емкость для аспирата с крышкой и без нее объемом 2000 л, а в технической спецификации тендера требуется прописано не менее 3000 мл;
- 3) в технической спецификации тендера прописано, что должна быть педаль ножного управления, наконечник для аспирации должен быть выполнен из нержавеющей стали, что в техспецификации поставщика не прописано;

Согласно п.п. 9 п. 70 Правил отклонить тендерную заявку ИП «GroMax» по лоту № «4».

2. По лоту № 4 «Аспиратор хирургический» была представлена техническая спецификация ТОО «А&С Medical», данная техническая спецификация не соответствует технической спецификации тендера по лоту № 4:

- 1) техническая спецификация Поставщика не соответствует требованиям тендерной документации, так как техническая спецификация по лоту № 4 должна быть составлена отдельно, а не совмещена для двух лотов;
- 2) основные и дополнительные комплектующие значительно отличаются от технической спецификации тендера.

Согласно п.п. 9 п. 70 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «А&С Medical» по лоту № «4».

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки **РЕШИЛА**:

На основании п. 74 Правил Победителем по лоту № 4, чья тендерная заявка соответствует условиям объявления и требованиям Правил, признать ТОО «ОрдаМед Костанай».

5. По лоту № 5 «Электрокардиограф со спирометрическим блоком»:

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ИП «Medgroup»	ТОО «ОрдаМед Костанай»
1	Электрокардиограф со спирометрическим блоком	штука	1	2 339 000	2 394 000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерную заявку:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п.59 главы 8)	Соответствие квалификационным данным (главы 3 Правил)
ИП «Medgroup»	2520000	2339000	Соответствует	Соответствует
ТОО «ОрдаМед Костанай»	2520000	2394000	Соответствует	Соответствует

(Handwritten signatures in blue ink)

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки РЕШИЛА:

- признать победителем по лоту № 5 поставщика ИП «Medgroup»

6. По лоту № 6 «Электрокардиограф»:

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ИП «Medgroup»	ИП «GroMax»	ТОО «ОрдаМед Костанай»
1	Электрокардиограф	штука	10	649 000	858 000	750 000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерную заявку:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п.59 главы 8)	Соответствие квалификационным данным (главы 3 Правил)
ИП «Medgroup»	9000000	6490000	Соответствует	Соответствует
ИП «GroMax»	9000000	8580000	Не соответствует	Соответствует
ТОО «ОрдаМед Костанай»	9000000	7500000	Соответствует	Соответствует

1. По лоту № 6 «Электрокардиограф» была представлена техническая спецификация ИП «GroMax», данная техническая спецификация не соответствует технической спецификации тендера по лоту № 6:

1) техническая спецификация Поставщика значительно отличается от технической спецификации тендера (основные параметры различные, дополнительные комплектующие не описаны, не указаны основные критерии - Требования к условиям эксплуатации, условия и сроки поставки, Условия гарантийного сервисного обслуживания).

Согласно п.п. 9 п. 70 Правил отклонить тендерную заявку ИП «GroMax» по лоту № «б».

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки РЕШИЛА:

- признать победителем по лоту № 6 поставщика ИП «Medgroup»

7. По лоту № 7 «Медицинская кровать»:

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ТОО «ОрдаМед Костана	ТОО «MedintelCompa ну»	ТОО «ФортунаМе д»	ТОО «А&С Medical»
--------	--	---------	--------	----------------------	------------------------	-------------------	-------------------

			й»			
1	Медицинская кровать	штука	10	1 567 000	1 025 300	556 580 1 450 000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерную заявку:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п.59 главы 8)	Соответствие квалификационным данным (главы 3 Правил)
ТОО «ОрдаМед Костанай»	15675000	15670000	Соответствует	Соответствует
ТОО «MedintelCompany»	15675000	10253000	Не соответствует	Соответствует
ТОО «ФортунаМед»	15675000	5565800	Не соответствует	Соответствует
ТОО «A&C Medical»	15675000	14500000	Не соответствует	Соответствует

1. По лоту № 7 «Медицинская кровать» была представлена техническая спецификация ТОО «ФортунаМед», данная техническая спецификация не соответствует технической спецификации тендера по лоту № 7:

- 1) в технической спецификации тендера было прописано, что Угол наклона подножной секции койки: не более $40^{\circ} \pm 5^{\circ}$, в технической спецификации Поставщика – диапазон значения угла наклона подножной секции $0 \sim 20^{\circ}$;
- 2) в технической спецификации тендера было прописано, что Боковое ограждение используется для предотвращения случайного соскальзывания или падения пациента с матраса должна быть складной, предохранительного типа (2 шт 5" ролик, оснащенный отдельным тормозом) – не менее 4 шт, в технической спецификации потенциального поставщика – количество боковых ограждений 2 шт, без отдельного тормоза

Согласно п.п. 9 п. 70 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «ФортунаМед» по лоту № «7».

2. По лоту № 7 «Медицинская кровать» была представлена техническая спецификация ТОО «MedintelCompany», данная техническая спецификация не соответствует технической спецификации тендера по лоту № 7:

- 1) в технической спецификации тендера было прописано, что Габаритные размеры должны быть Д: не менее 2180мм Ш: не менее 1,020 мм В: не менее 500 ~ 800мм, в технической спецификации Поставщика – длина ложа 2000 мм, ширина ложа 900 мм;
- 2) Диапазон рабочих углов наклона в технической спецификации Поставщика не соответствуют технической спецификации;
- 3) в технической спецификации тендера было прописано, что больничная койка должна быть с 3-мя коленчатыми рукоятками для регулировки положения секций, что не прописано в техспецификации Поставщика;
- 4) в комплектации товара Поставщика отсутствует инфузионная стойка;
- 5) в технической спецификации тендера было прописано, что боковое ограждение складное, предохранительного типа: 2 шт 5" ролик, оснащенный отдельным тормозом, что не прописано в техспецификации поставщика;

Handwritten signature

Handwritten signature: Анушова

Handwritten signature

- б) в технической спецификации тендера было прописано, что ручка должна регулировать высоту койки, что не прописано в техспецификации поставщика;

Согласно п.п. 9 п. 70 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «MedintelCompany» по лоту № «7».

2. По лоту № 7 «Медицинская кровать» была представлена техническая спецификация ТОО «A&C Medical», данная техническая спецификация не соответствует технической спецификации тендера по лоту № 7:

- 1) основные и дополнительные комплектующие значительно отличаются от технической спецификации тендера.

Согласно п.п. 9 п. 70 Правил отклонить тендерную заявку ТОО «A&C Medical» по лоту № «7».

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки **РЕШИЛА:**

На основании п. 74 Правил Победителем по лоту № 7, чья тендерная заявка соответствует условиям объявления и требованиям Правил, признать ТОО «ОрдаМед Костанай».

Секретарю тендерной комиссии Салай Ю.А.:

- направить договор на закуп медицинского изделия (оборудования) в течение 5 календарных дней;

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет.

Председатель тендерной комиссии


Заместитель председателя тендерной комиссии:


Член тендерной комиссии:


Член тендерной комиссии:

Член тендерной комиссии:


Секретарь тендерной комиссии:


 Аленова К.К.

 Мухаметжанова М.Ж.

 Ильясова А.Е.

 Полатбек Б.К.

 Соломон Р.Ю.

 Салай Ю.А.



№ лот	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Единица измерения	Кол-во	Сумма за	Сумма, выделенная
-------	--	-------------------	--------	----------	-------------------