

**Протокол**  
**об итогах тендера по закупке медицинского изделия (оборудования)**

г.Лисаковск

23 апреля 2024 года

**Тендерная комиссия в составе:**

**Аленова Карлыгаш Каратаевна** - И.о. главного врача КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, председатель тендерной комиссии;

**Мухаметжанова Мариям Жанайдаровна** - Заместитель главного врача по медицинской части КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, заместитель председателя;

**Орынбеков Дэурен Сүндетулы** - врач травматолог КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, член тендерной комиссии;

**Боева Элеонора Закировна** - заведующая по амбулаторно-поликлинической работе КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, член тендерной комиссии;

**Борисова Александра Викторовна** - Заведующая родильного отделения КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, член тендерной комиссии;

**Ильясова Алена Елубаевна** - Главная медсестра КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, член тендерной комиссии;

**Дәулетхан Жәнібек** - врач анестезиолог реаниматолог КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, член тендерной комиссии;

**Шарасулов Шохрух Азамкулович** - врач невропатолог КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, член тендерной комиссии;


**Соломон Рамиля Юмабаевна** - Бухгалтер по учету материальных ценностей КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, член тендерной комиссии;

**Салай Юлия Александровна** - Бухгалтер по государственным закупкам КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО, секретарь тендерной комиссии.

15 апреля 2024 года в 15 часов 00 минут проведен тендер по закупке

№ п/п	Наименование	Ед.изм.
1	Аппарат виброакустический	1
2	Медицинская функциональная кровать с рамой Балканского	4
3	Операционный стол (рентгенопрозрачный)	1
4	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный	1
5	Функциональная акушерская кровать трансформер для родов (кресло-кровать для родовспоможения)	1
6	Капнограф	1
7	Стерилизатор паровой с автоматической системой управления (100 литров)	1

в Коммунальном государственном предприятии «Лисаковская городская больница» по адресу: г. Лисаковск, микрорайон Больничный городок, здание 1 в соответствии с



Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг от «07» июня 2023 года № 110.

Наименование и краткое описание закупаемого медицинского изделия (оборудования):

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Единица измерения	Кол-во	Сумма за единицу	Сумма, выделенная для закупок, тенге
1	Аппарат виброакустический	Шт	1	15578950	15578950
2	Медицинская функциональная кровать с рамой Балканского	Шт	4	2072325	8289300
3	Операционный стол (рентгенопрозрачный)	Шт	1	14606992	14606992
4	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный	Шт	1	19650000	19650000
5	Функциональная акушерская кровать трансформер для родов (кресло-кровать для родовспоможения)	Шт	1	7972971	7972971
6	Капнограф	Шт	1	2815000	2815000
7	Стерилизатор паровой с автоматической системой управления (100 литров)	Шт	1	8535360	8535360

От потенциальных поставщиков запросов о разъяснении тендерной документации не поступали.

Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика	Адрес поставщика	Дата и Время предоставления тендерной заявки
1	ТОО «Etalon Med»	РК, г.Шымкент, мкр. Адия, Туран, дом 979/15, 145	05 апреля 2024 года, 13 часов 50 минут
2	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	г.Астана, проспект Сарыарка, 31/2, ВП-29, 8 этаж, кабинет 73	08 апреля 2024 года, 09 часов 12 минут
3	ТОО «ДОС-ФАРМАЦИЯ»	г.Шымкент, ул. Байдыбек Би, 116, к.4	08 апреля 2024 года, 13 часов 20 минут
4	ТОО «ТАН-СС»	г.Астана, Алматинский район, ЖМ Казахский аул «Караоткел», пер. Ойтоган, дом 3	10 апреля 2024 года, 14 часов 06 минут
5	ТОО «Meta Soft»	г.Астана, р-н Алматы, пр.Ш.Кудайбердиулы, 2 кв. 59	10 апреля 2024 года, 14 часов 06 минут
6	ТОО «Qazaq Infotech»	г.Астана, Сарыаркинский район, ЖМ «Коктал», ул. Жанаконис, дом 17	10 апреля 2024 года, 14 часов 06 минут
7	ТОО «QAZMED DEVELOPMENT»	г.Петропавловск, ул. Казахстанской Правды 66/215	11 апреля 2024 года, 10 часов 47 минут
8	ИП «ZERDE»	г.Петропавловск, ул.Алтын дала, дом 14	11 апреля 2024 года, 10 часов 47 минут
9	ТОО «GM Medical»	г.Астана, район Есиль, Проспект ЭлФараби, дом 34/2, кв.153	12 апреля 2024 года, 16 часов 56 минут
10	ИП «AIMED-LINE»	г.Астана, ИГИШЕВА, дом 1	15 апреля 2024 года, 10 часов 21 минут

Список подписей поставщиков:

11	ТОО «ОрдаМед Костанай»	г.Костанай, ул.Карбышева, дом 2	15 апреля 2024 года, 13 часов 00 минут
----	------------------------	---------------------------------	--

Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших тендерную заявку, соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику, указанным в пунктах 8, 9 Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг от «07» июня 2023 года № 110.

**1. По лоту №1 «Аппарат виброакустический»:**

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ТОО «Meta Soft»
1	<b>Аппарат виброакустический</b>	Шт	1	15570000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерные заявки:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п. 51)	Соответствие квалификационным данным (п. 8 и 9 Правил)
ТОО «Meta Soft»	15578950	<u>15570000</u>	Соответствует	Соответствует

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки РЕШИЛА:

- согласно пункту 66 Правил победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил. На основании вышеизложенного признать победителем по лоту № 1 поставщика ТОО «Meta Soft» (Аппарат виброакустический торговой марки «BARK VibroLUNG»)

**2. По лоту №2 «Медицинская функциональная кровать с рамой Балканского»:**

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ТОО «ТАН-СС»
2	Медицинская функциональная кровать с рамой Балканского	Шт	4	8280000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерные заявки:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п. 51)	Соответствие квалификационным данным (п. 8 и 9 Правил)
ТОО «ТАН-СС»	8289300	<u>8280000</u>	Соответствует	Соответствует

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки РЕШИЛА:

- согласно пункту 66 Правил победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил. На основании вышеизложенного признать победителем по лоту № 2 поставщика ТОО «ТАН-СС» (Медицинская функциональная кровать с рамой Балканского торговой марки «LISA LE-5»)

### 3. По лоту №3 «Операционный стол (рентгенопрозрачный)»:

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	ТОО «Qazaq Infotech»
3	Операционный стол (рентгенопрозрачный)	Шт	1	12800000	14600000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерные заявки:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п. 51)	Соответствие квалификационным данным (п. 8 и 9 Правил)
ТОО «НЕОМЕДИКАЛ»	14606992	12800000	Не Соответствует	Соответствует
ТОО «Qazaq Infotech»	14606992	<u>14600000</u>	Соответствует	Соответствует

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки РЕШИЛА:

По лоту № 3 «Операционный стол (рентгенопрозрачный)» была представлена техническая спецификация ТОО «НЕОМЕДИКАЛ» на Операционный стол торговой марки ОР350. При сопоставлении заявленной технической характеристики с технической характеристикой, предоставленной ТОО «НЕОМЕДИКАЛ», выявлено что характеристики не соответствует характеристике Заказчика, а именно не соответствуют параметры ширины, высоты ложа, матрас поставщика отличается от матраса заявленного в спецификации Заказчика, углы подъема секций не соответствуют, не указаны данные о «Разведение ножной секции не менее 180°», «Угол латеральных наклонов ±25°». Вес стола должен быть не более 155 кг, а у Поставщика вес 300 кг. Дополнительные комплектующие указаны в неполном объеме, что также не соответствует с заявленной технической спецификацией, в связи с этим ТОО

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

«НЕОМЕДИКАЛ» ОТКЛОНИТЬ на основании ст. 62, п. 7 Правил «представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил».

Согласно пункту 66 Правил победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил. На основании вышеизложенного признать победителем по лоту № 3 поставщика ТОО «Qazaq Infotech» (Операционный стол (рентгенопрозрачный) торговой марки SU-02)

**4. По лоту №4 «Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный»:**

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ТОО «ТАН-СС»	ТОО «GM Medical»
4	Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный	Шт	1	19630000	17000000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерные заявки:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п. 51)	Соответствие квалификационным данным (п. 8 и 9 Правил)
ТОО «ТАН-СС»	19650000	19630000	Соответствует	Соответствует
ТОО «GM Medical»	19650000	17000000	Не Соответствует	Соответствует

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки РЕШИЛА:

По лоту № 4 «Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный» была представлена техническая спецификация ТОО «GM Medical» на Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный торговой марки LYRA x2. При сопоставлении заявленной технической характеристики с технической характеристикой, предоставленной ТОО «GM Medical», выявлено что характеристики не соответствует характеристике Заказчика, а именно:

КГП «Лисаковская городская больница» УЗАКО - ЗАКАЗЧИК	ТОО «GM Medical» - ПОСТАВЩИК
Дисплей:: Настраиваемые углы: поворот влево и вправо на не менее 270 градусов, поворот вверх и вниз на не менее 45 градусов	За счет диагонали экрана 18,5 дюймов большой угол обзора, яркий экран
Разъем VGA – не менее 1	Разъем HDMI – 1.

Возможность работы от воздушного компрессора – наличие	Возможность работы от воздушного компрессора – нет, так как имеет турбину встроенную в аппарат ИВЛ.
Диапазон давления: не менее от 280 до 650 кПа	Диапазон давления: 280 ~ 600 кПа.
Режимы аппарата: V-A/C объем, вентиляция с поддержкой объемом/регулировкой по объему – наличие.	Режимы инвазивной вентиляции: VCV (Вентиляция с управляемым объемом)
P-A/C давление, вентиляция с поддержкой давлением/регулировкой по давлению – наличие	PCV (Вентиляция с управляемым давлением)
SIGN вздох – наличие	НЕТ
Вентиляция DuoLevel – наличие	НЕТ
AMV вентиляция с адаптируемым минутным объемом – наличие	НЕТ
Парамагнитный датчик O2 – опция	НЕТ
CPRV вентиляция при сердечно-лёгочной реанимации – опция	НЕТ
Weaning Tool инструмент для отлучения от груди – опция	НЕТ
Инструмент для защиты легких во время вентиляции – опция.	НЕТ
Диапазон измерений не менее от 0 до 152 мм рт. ст	Диапазон измерений от 0 до 150 мм рт.ст.
Скорость пробоотборного потока не менее 120 мл/мин	НЕТ
Модуль пульсоксиметрии SpO2 - наличие	НЕТ
Дыхательный объем: Взрослые не менее от 100 до 4000 мл	Дыхательный объем (VT) Взрослые: 100-2000 мл (± 10мл)
Частота дыхания: Новорожденные не менее от 1 до 150 /мин, Взрослые/дети не менее от 1 до 100 /мин	Частота дыхания (f): 1-80 дых. дв./мин / Новорожденные (опция): 1-150 дых. дв./мин (с шагом 1 дых. дв./мин)
Уровень регулировки давления вдоха (относительно РЕЕР/низкое давление): Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O	НЕТ
Уровень поддержки давлением (относительно РЕЕР/ низкое давление): Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H2O.	НЕТ
В режиме PSV-S/T или PSV (неинвазивная вентиляция новорожденных): Система подачи газа высокого давления не менее от 1 до 100 см H2O; Резервная система подачи воздуха не менее от 1 до 80 см H2O	НЕТ
Триггер-поток: Новорожденные не менее от 0,1 до 5,0 л/мин. Взрослые/дети не менее от 0,5 до 20,0 л/мин, выкл	Потоковый триггер (F-trigger) 0,5 – 15 л/мин (взрослые/дети)
Триггер по давлению не менее от -0,5 до -20,0 см H2O, выкл	Триггер по давлению (P-trigger) -0,5 – -10 смH2O)
Переменяющееся положительное давление в конце выдоха не менее от 1 до 40 см H2O	Переменяющееся положительное давление в конце выдоха: 5-80 смH2O (±1 смH2O)
Поток (O2-терапия): Взрослые не менее от 2 до 60 л/мин; Дети не менее от 2 до 25 л/мин. Поток: Взрослые не менее от 6 до 180 л/мин; Дети не менее от 6 до 30 л/мин; Новорожденные не менее от 2 до 30 л/мин	Нет
Процент времени паузы вдоха не менее от 5 до 60%.	НЕТ
Дыхательный объем не менее от 0 до 6000 мл	Дыхательный объем (VT) Взрослые: 100-2000 мл (± 10мл) Дети: 20-300 мл(± 1 мл) Новорожденные: 2-300 мл (± 1 мл)
Частота дыхания не менее от 0 до 200 /мин	f-total(Общая частота дыхания) Диапазон: 0 ~ 99/мин Разрешение: 1/мин

Растяжимость статическая/динамическая не менее от 0 до 300 мл/см H <sub>2</sub> O	НЕТ
Режим ATRC автоматическая компенсация сопротивления трубки	НЕТ
Маска для неинвазивной вентиляции (детская, размер S)	Маска кислородная, размер детский, 0.
Маска для кислородной терапии (детская, размер S)	Маска VADI CPAP, маска на все лицо (малая)
Комплект аксессуаров к модулю пульсоксиметрии SpO <sub>2</sub> для новорожденных	НЕТ
Комплект принадлежностей nCPAP (неонатальный)	НЕТ
Модуль резервного газоснабжения Встроенная турбина (турбинная технология). Резервная система подачи воздуха не менее от 0 до 80 см H <sub>2</sub> O, максимальный поток не менее 200 л/мин	НЕТ

в связи с этим ТОО «GM Medical» ОТКЛОНИТЬ на основании ст. 62, п. 7 Правил «представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил».

Согласно пункту 66 Правил победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил. На основании вышеизложенного признать победителем по лоту № 4 поставщика ТОО «ТАН-СС» (Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный торговой марки SV 600).

**5. По лоту № 5 «Функциональная акушерская кровать трансформер для родов (кресло-кровать для родовспоможения)»:**

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ТОО «Qazaq Infotech»
5	Функциональная акушерская кровать трансформер для родов (кресло-кровать для родовспоможения)	Шт	1	7970000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерные заявки:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п. 51)	Соответствие квалификационным данным (п. 8 и 9 Правил)
ТОО «Qazaq Infotech»	7972971	7970000	Соответствует	Соответствует

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки РЕШИЛА:

- согласно пункту 66 Правил победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил. На основании вышеизложенного признать победителем по лоту № 5 поставщика ТОО «Qazaq Infotech» (Функциональная акушерская кровать трансформер для родов (кресло-кровать для родовспоможения) торговой марки LM-01.4)

*(Handwritten signatures and stamps)*

**6. По лоту № 6 «Капнограф»:**

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед.изм.	Кол-во	ТОО «ОрдаМед Костанай»
6	Капнограф	Шт	1	2815000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерные заявки:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п. 51)	Соответствие квалификационным данным (п. 8 и 9 Правил)
ТОО «ОрдаМед Костанай»	2815000	<u>2815000</u>	Соответствует	Соответствует

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки РЕШИЛА:

- согласно пункту 66 Правил победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил. На основании вышеизложенного признать победителем по лоту № 6 поставщика ТОО «ОрдаМед Костанай» (Капнограф торговой марки Mainstream)

**7. По лоту № 7 «Стерилизатор паровой с автоматической системой управления (100 литров)»:**

Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения по поставке товара:

№ лота	Наименование медицинского изделия (оборудования)	Ед. изм.	Кол-во	ТОО «Etalon Med»	ТОО «ДОС-ФАРМАЦИЯ»	ТОО «QAZMED DEVELOPMENT»	ИП «ZERDE»	ИП «AIMED-LINE»	ТОО «ОрдаМед Костанай»
7	Стерилизатор паровой с автоматической системой управления (100 литров)	Шт	1	5900000	5135000	6625000	5327000	5217443	7680000

Тендерная комиссия рассмотрела тендерные заявки:

Потенциальный поставщик	Сумма, выделенная для закупа, тенге	Сумма, по ценовому предложению поставщика, тенге	Техническая часть (п. 51)	Соответствие квалификационным данным (п. 8 и 9 Правил)

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



ТОО «Etalon Med»	8535360	5900000	Соответствует	Соответствует
ТОО «ДОС-ФАРМАЦИЯ»	8535360	5135000	Соответствует	Соответствует
ТОО «QAZMED DEVELOPMENT»	8535360	6625000	Не соответствует	Соответствует
ИП «ZERDE»	8535360	5327000	Соответствует	Соответствует
ИП «AIMED-LINE»	8535360	5217443	Не соответствует	Соответствует
ТОО «ОрдаМед Костанай»	8535360	7680000	Соответствует	Соответствует

Путем открытого голосования Тендерная комиссия по результатам оценки тендерной заявки РЕШИЛА:

По лоту № 7 «Стерилизатор паровой с автоматической системой управления (100 литров)» была представлена техническая спецификация ТОО «QAZMED DEVELOPMENT» на Стерилизатор паровой с автоматической системой управления марки СПГА-100-1-НН. При сопоставлении заявленной технической характеристики с технической характеристикой, предоставленной ТОО «QAZMED DEVELOPMENT», выявлено что характеристики не соответствует характеристике Заказчика, а именно не соответствуют параметры высоты, не указаны данные о «Механизме закрытия крышки», «Степени защиты оболочки», «Вакуумной сушка стерилизуемых изделий» и т.д. Техническая спецификация Поставщика не соответствует с заявленной технической спецификацией Заказчика, в связи с этим ТОО «QAZMED DEVELOPMENT» ОТКЛОНИТЬ на основании ст. 62, п. 7 Правил «представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил» .

Поставщика ИП «AIMED-LINE» ОТКЛОНИТЬ согласно ст. 61, п. 6 Правил «непредставления технической спецификации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящими Правилами», а именно Поставщик предоставил техническую спецификацию не по форме, утвержденной Правилами организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг.

Согласно пункту 66 Правил Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения. На основании вышеизложенного признать победителем по лоту № 7 поставщика ТОО «ДОС-ФАРМАЦИЯ» (Стерилизатор паровой с автоматической системой управления (100 литров) торговой марки ГК-100-«СЗМО»).

**Секретарю тендерной комиссии Салай Ю.А.:**

- направить договор на закуп медицинского изделия (оборудования) в течение 5 календарных дней;

За данное решение проголосовали:

**ЗА** – единогласно;

**ПРОТИВ** – нет.



Председатель тендерной комиссии:

*Аленова*

Аленова К.К.

Заместитель председателя:

*Мухаметжанова*

Мухаметжанова М.Ж.

Член тендерной комиссии

*Орынбеков*

Орынбеков Д.С.

Член тендерной комиссии

*Боева*

Боева Э.З.

Член тендерной комиссии

*Борисова*

Борисова А.В.

Член тендерной комиссии:

*Ильясова*

Ильясова А.Е.

Член тендерной комиссии:

*Дәулетхан*

Дәулетхан Ж.

Член тендерной комиссии:

*Ш*

Шарасулов Ш.А.

Член тендерной комиссии:

*Соломон*

Соломон Р.Ю.

Секретарь тендерной комиссии:

Салай Ю.А.