

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ

по объявлению «Закуп медицинских изделий»
 Срок объявления с 13.00 часов 11 ноября 2024 года до 13.00 часов 18 ноября 2024 года.

18.11.24 г. 14:00ч.

1. По объявлению «Закуп медицинских изделий» от 11 ноября 2024 года были представлены конверты следующих потенциальных поставщиков:

№	Поставщик	Адрес	Дата и время принятия конверта
1	ТОО «АО-НАБ»	г. Костанай, ул. Центральная 9а	13.11.2024г. в 10:58 ч.
2	ТОО «КазахМедИмпорт»	Г.Петропавловск, ул.им. Мухтара Ауэзова, строение 264/1	14.11.2024г. в 10:00 ч.
3	ТОО «Ультрамедтех KZ»	Г.Петропавловск, ул.Проезд 5, Сенной 59	15.11.2024г. в 11:56 ч.
4	ТОО «VITA PHARMA»	Г.Астана, район Байконыр, ул.Ж.Тәшенов, здание 4	15.11.2024г. в 15:15 ч.
5	ТОО «FAM. ALLIANCE»	Г.Алматы, Алатауский район, мкр. Кок кайнар, переулок Жангельдина, 14	15.11.2024г. в 16:20 ч.
6	ТОО «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN»	Г.Семей, ул.Бауыржана Момышулы, дом № 41/1	18.11.2024г. в 08:02 ч.
7	ТОО «Казлабенаб»	Г.Атырау, мкр.Алмагул, дом 5, кв. 67	18.11.2024г. в 08:02 ч.

2. Поставщики представили следующие ценовые предложения на поставку медицинских изделий.

№ пп	Наименование товара	Ед.изм	ТОО «АО-НАБ»	ТОО «КазахМед Импорт»	ТОО «Ультрамедтех KZ»	ТОО «VITA PHARMA»	ТОО «FAM. ALLIANCE»	ТОО «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN»	ТОО «Казлабенаб»
1	Перчатки диагностические латексные нестерильные неопудренные размер М	пара	39	-	-	45	42	42	-
2	Перчатки диагностические латексные нестерильные неопудренные размер S	пара	39	-	-	45	42	42	-

3	Комплект для кесарева сечения одноразовый, стерильный	шт	4600	-	-	-	10400	6600	5265	7020
4	Шприц 20,0 мл 3-компонентный с иглой 20 G стерильный	шт	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Жгут кровоостанавливающий эластичный	шт	-	-	-	-	-	-	-	-
6	полуавтоматический,размерами 45x2,5см									
6	Кружка Эсмарха одноразовая стерильная 2 л	шт	1000	-	-	-	-	-	-	840
7	Канюля для периферического внутреннего доступа 22 G	шт	70	-	-	-	-	-	-	-
8	Облучатель УФ бактерицидный с регулируемым экраном и выносным модулем управления (таймер и счетчик. Настенный экранированный облучатель с регулируемым щелевым зазором в виде крышки сверху, работающий постоянно в присутствии людей при работе верхней лампы и в отсутствии людей при включенной нижней лампе. Облученность верхней лампы на расстоянии 1м в секторе прямого луча должна составлять не менее 100 мкВт/см ² . Одновременно облученность в обитаемой зоне помещения, не должна превышать 0,1-0,2 мкВт/см ² . Кол-во ламп: не менее 2 штук, мощностью не менее 30 Вт каждая. Облучатель оснащен выносным модулем управления, который является неотъемлемой частью облучателя, но для удобства использования устанавливается отдельно на уровне глаз человека. Модуль управления совмещает в себе: включение/выключение, 2 (два) независимых цифровых таймера и 2 (два) индикатор времени наработки на каждую лампу отдельно. Цифровой таймер позволяет выбрать один из трех	шт	-	90000	80000	-	-	-	29468	-

<p>запрограммированных режимов обеззараживания с автоматическим отключением. Режимы работы для верхней (экранированной) лампы: 8 часов, 24 часа и 168 часов, для нижней (открытой) лампы: 15 минут, 20 минут, 30 минут. Индикатор времени наработки имеет пять разрядов и фиксирует суммарное время наработки отдельно по каждой лампе.</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

1. Признать победителем по лотам:

- № 1, 2, 3
- № 6
- № 7
- № 8

- ТОО «VITA PHARMA» (отечественный производитель);
- ТОО «Казлабснаб»;
- ТОО «АО-НАБ»;
- ТОО «Ультрамедтех КЗ» (отечественный производитель).

2. Признать закупку несостоявшейся по лотам № 4, 5 в связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков.

Организатору закупок в течение трех календарных дней направить победителю подписанный договор закупки.

Директор



Аленова К.К.